ADEL INSTRUMENTATION

# H718

## CALIBRATEUR/RECEPTEUR 4/20mA – 0/10V -0/100mV

### Caractéristiques :

. Calibrateur/Récepteur Volt –mA-mV
. Simulateur de transmetteur
. Alimentation 24 VDC pour transmetteur
. Points fixes 0%, 25%, 50% 75%, 100%
. Accés direct 0% - 100%
. Générateur de rampe
. Réglage de la valeur en continu par molète

### Données techniques :

| Fonctions | Gamme | Résolution | Précision | Impédance d'Entrée |
|---|---|---|---|---|
| RECEPTEUR | 0.001 - +10.000v | 1mV | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | 1MΩ |
| | 0.01 - +100.00mV | 0.01mV | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | 1MΩ |
| | 0.001 - +24.000mA | 1uA | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | 10Ω |
| GENERATEUR | 0.001 - +24.000mA | 1uA | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | ------ |
| | 0.001 - +10.000V | 1mV | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | ------ |
| | 0.01 - +100.00mV | 0.01mV | ±(0.02% de la lecture +4 digits) | ------ |

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques d'Utilisation** | |
| Temperature de Fonctionnement | -10 ºC to 55 ºC |
| Temperature de Stockage | -40 ºC to 60 ºC |
| Coefficient de Temperature | 0.005 x gamme par ºC |
| **Caractéristiques de Sécurité** | |
| Sécurité Electrique | Conçu en conformité avec norme IEC/EN61010-1 |
| Catégorie de Surtention | IEC 1010-1 CAT I, 30V |
| Tension Maximale | 1000V |
| **Caractéristiques générales et mécaniques** | |
| Dimension | 195 x 92 x 55 mm |
| Poids | 600g (batterie incluse) |
| **Batterie** | batterie rechargeable Li-ION |
| **Garantie** | 1 an |

**Accessoires:**Housse de transport, câbles avec pointe de touche, câbles prise crocodile, Chargeur de batterie et batterie, Manuel

ADEL Instrumentation
28 Rue de Stalingrad - 38300 BOURGOIN JALLIEU -Tél. 04 74 93 06 37- Fax 09 72 12 82 86 – contact@adel-instrumentation.fr
Sarl 4000€ - RCS Vienne - Siret 511 826 013 00014 - NAF 4669B - TVA intracom FR03 511 862 013